

(財団) 検査ニュース

平素より、佐賀県健康づくり財団 佐賀県健診・検査センターの業務にご協力とご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今回は、「HCV 抗体価の試薬変更」についてご案内いたします。

なお、財団ホームページ(検査ニュース)にも掲載していますので、ご参照ください。

佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター

■■ HCV 抗体価の試薬変更について 2026年5月7日(木)ご依頼分より ■■

この度、HCV 抗体価の現行試薬が販売中止となりましたので、2026年5月7日(木)ご依頼分より、新試薬での測定を開始いたします。

| 案内書掲載頁 | 項目コード No | 検査項目 | 変更内容 | 現 | 新 |
|--------|----------|--------|---------|-----------|---------|
| 73 | 446 | HCV抗体価 | 検査方法 | CLIA | 変更ありません |
| | | | 基準値 | 1.00未満 陰性 | |
| | | | 単位 | S/CO | |
| | | | 所要日数 | 1~2 | |
| | | | 検体量(mL) | 血清 0.3 | 血清 0.5 |

《現行試薬と新試薬の比較検討》

| | | 現行試薬 (件数) | | |
|----------|----|-----------|----|-----|
| | | 陽性 | 陰性 | 合計 |
| 新試薬 (件数) | 陽性 | 64 | 0 | 64 |
| | 陰性 | 9 | 52 | 61 |
| | 合計 | 73 | 52 | 125 |

・陽性一致率：87.67% / 陰性一致率：100% / 判定一致率：92.8%

■■「財団へのご意見・ご要望」■■

当財団健診・検査センターは、会員医療機関の地域医療・診療を支援する「身近な検査室」を目指しています。

日頃の検査・健診に関するご意見・ご要望等を集める「目安箱」を設置しています。右記QRコードよりアクセスいただき、些細なことでも結構ですので、お気軽に書き込みください。

なお、健康づくり財団ホームページの「医療関係者の皆様へ」にアクセスいただきますと入力フォームが表示されます。

佐賀県健康づくり財団
ご意見・ご要望はこちら
(財団ホームページの「医療関係者の皆様」へアクセスを)
<https://forms.gle/74X5pVWyoicrDkF6>



佐賀県医師会会員医療機関の先生方の身近な検査室として診療を支援いたします。
ぜひ、検体検査は当財団検査センターのご利用をお願いいたします。