

(財団) 検査ニュース



平素より、佐賀県健康づくり財団 佐賀県健診・検査センターの業務にご協力及びご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今回は、「第 39 回(令和 8 年度)佐賀県医師会臨床検査精度管理調査」についてご案内いたします。
なお、ホームページにも掲載していますので、ご参照ください。

佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター

■■ 第 39 回佐賀県医師会臨床検査精度管理調査について ■■

標記調査は佐賀県内の臨床検査における精度管理の向上を図ることを目的に、医師会会員医療機関等を対象に毎年実施しています。

昨年は 180 以上の医療機関にご参加いただきました。

本年も下記日程で実施しますので、積極的なご参加(参加費:無料)をお願いします。

第 39 回(令和 8 年度)佐賀県医師会臨床検査精度管理調査

参加申込案内文送付日 : 9 月 11 日 (金)

参加申込期限日 : 9 月 25 日 (金)

調査試料配布日 : 10 月 7 日 (水)

後日開催される報告会(R9 年 2 月 20 日)では、詳細な解析報告が分野ごとに行われます。参加医療機関のデータを参照し自院の調査結果と比較することで、検査精度を客観的に評価することが可能です。検査に関する情報提供や特別講演も行われますので、ぜひご参加ください。


◆◆ 精度管理調査 Q&A ◆◆

Q.参加項目はどのように選択するのか？

A.自施設で実施されている臨床検査項目
(血算、尿定性、CRPなど)にご参加ください。

Q.測定方法、結果の記入は？

A.通常検体を測定するのと同様に配布された
試料を測定してください。
試料取扱い上の注意事項を必ずご確認ください。
血算の試料は血球成分が沈降しているため、
必ず転倒混和後測定してください。(右図参照)
測定結果は単位や桁数に注意して結果記入用紙
にご記入いただき、佐賀県健康づくり財団へ
FAX してください。(FAX:0952-37-3061)



各試料とも図のようにゆるやかに
転倒混和を 10~20 回行った後、
速やかに測定してください。

混和速度の目安としては
20 回で 30 秒です。

佐賀県医師会会員医療機関の先生方の身近な検査室として診療を支援いたします。
ぜひ、検体検査は当財団検査センターのご利用をお願いいたします。